

شركة السكر والصناعات التكاملية المصرية
١٢ شارع جواد حسنى بالقاهرة- ص.ب رقم ٧٦٣
قطاعات المشتريات
احدي شركات الشركة القابضة للصناعات الغذائية
وزارة التموين

تليفون: ٢٠٢٢٣٩٢٩١٣٨
فاكس: ٢٠٢٢٣٩٢٩٠٧٧
العنوان التلغرافي: سكر القاهرة
٢٠٢٢٣٩٢٩٠٧٧
E-mail: puraching@siicegypt.com
Site: www.siicegypt.com

أجهزة وقطع غيار معملية

طلب أسعار/مناقصه رقم ٢٠٢٧/٢٠٢٦/٥٢
جلسة فض المظاريف يوم ٢٠٢٦/١٠/٠٧
الساعة العاشرة صباحاً

الرجاء ملء هذا العطاء وإرساله داخل مظروف مغلق:-

بند رقم	الكمية	الوحدة	المواصفات	سعر الوحدة بالأرقام بالأرقام بالأرقام	الإجمالي جنيه
			تحتاج مصانعنا لأجهزة وقطع غيار معملية الكميات المواصفات طبقاً للكشوف المرفقة وعددها (٢) كشوف والتي تعتبر جزء لا يتجزأ من المناقصة . ملحوظة: • جميع الأجهزة قطع الغيار منشأ اتحاد أوروبي • تقديم كتالوج حديثة ضمن أوراق المناقصة	كتابة ق	ق

ويقدم العرض على أساس ومتضمننا الآتي:-

- ١- سعر الوحدة والقيمة الإجمالية للبند بالحروف والأرقام بدون أي شطب أو كشط ولن يعتد بأي تعديل غير معتمد من مقدم العرض كما أن أي تعديل يرد بعد تقديم المظروف للجنة الفض لن يعتد به.
- ٢- السعر يكون شاملاً ضريبة القيمة المضافة وفي حالة خلاف ذلك يتم توضيحه بالعرض وخالص الرسوم الجمركية للبضاعة المستوردة وأي رسوم أو مصاريف تستحق على البضاعة المستوردة هي مسئولية المورد دون أي مسئولية على شركة السكر.
- ٣- ترفق المواصفات التفصيلية بالعرض مع بيان رقم المناقصة وتاريخ جلسة فض المظاريف عليها.
- ٤- التسليم: يذكر مكان التسليم
- ٥- السداد: بعد الفحص والاختبار والاستلام النهائي بمصانعنا بتحويل بنكي.
- ٦- يذكر بالعرض المقدم منكم (رقم الفاكس - إيميل - رقم تليفون) صالحه للإرسال والاستقبال عليها كافة المراسلات الرسمية منا .
- ٧- يذكر بالعرض المقدم منكم (رقم حسابكم البنكي واسم المستفيد واسم البنك) .
- ٨- مدة التوريد : يذكر أقرب وقت للتوريد بحد أقصى ٣ شهور وتحتسب مدة التوريد من تاريخ موافاة المورد بأمر التوريد سواء بالفاكس أو البريد أو تسليمه لمندوب المورد .
- ٩- يقدم مع العرض ٢% تأمين ابتدائي يحتسب من إجمالي قيمة العرض على أساس أعلي الأسعار في حالة تقديم أكثر من بديل .
- ١٠- يقدم التأمين الابتدائي كالتالي:-

١- خطاب ضمان بنكي

٢- تحويل بنكي على الحسابات التالية:-

اسم المستفيد	رقم الحساب	اسم البنك
شركة السكر والصناعات التكاملية المصرية	١٤٠٣٠٠٠٠٠٠٠١٧٩٦٨١	بنك مصر
	٢٤٦٣٠٢٠٠١٣٨٧٢	بنك قطر الأهلي الوطني QNB
	٠٠١٢٠٠٠٦٩٣٦٦٤٣٠٠٠١٠	بنك الأهلي المصري
	١٠٠٠٣٥٠٣١٢٨٨	البنك التجاري الدولي CIB

علي أن يقدم أصل خطاب الضمان البنكي أو إشعار إضافة البنك في نفس جلسة فض المظاريف .

- ١١- تكون صلاحية العرض ٦٠ يوم من تاريخ جلسة فض المظاريف.
- ١٢- لن يلتفت لأي عرض يرد بالعملة الأجنبية حيث أن المطلوب عرض بالجنيه المصري خالص الرسوم والضرائب .

- ١٣- للشركة الحق في قبول أو رفض أي عطاء أو إلغاء المناقصة دون إبداء الأسباب ودون أي يكون المقدم العطاء الحق في الاعتراض أو الرجوع على الشركة بأي تعويض .
- ١٤- يرفق بالعرض صورة إيصال شراء نسخة الكراسة بمبلغ ٥٧٥ جم للنسخة لا يرد بغض النظر عن نتيجة المناقصة.
- ١٥- أي عرض يرد بعد الميعاد أو غير مستوفى شرط التأمين الابتدائي لن يلتفت إليه.
- ١٦- يتم تقديم إقرار ذمة مالية عند بداية ونهاية التعاقد.
- ١٧- يرفق بالعرض صورة من السجل التجاري (والصناعي في حالة منشأة صناعية) والبطاقة الضريبية والتسجيل بضريبة القيمة المضافة وتقدم الأصول إلى لجنة الفض للإطلاع والمطابقة).

١٨ - في حالة التعاقد

- ١-١٨- تصبح الأسعار سارية حتى إتمام التوريد وتنفيذ جميع الالتزامات التعاقدية دون تعديل في الأسعار لأي سبب كان من تاريخ إرسال خطاب الإسناد إلى المورد.
- ٢-١٨- أن يقدم المورد خلال عشرة أيام من خطاب الإسناد تأمين نهائي (١٠%) من إجمالي قيمة أمر التوريد سواء نقداً أو بشيك مصرفي يتم صرفه أو بخطاب ضمان بنكي غير مشروط أو تحويل بنكي على الحسابات السابق ذكرها بالفقرة رقم (٩) مع تقديم أصل خطاب الضمان أو إشعار إضافة البنك.
- ٣-١٨- يقدم المورد شهادة ضمان بالأصناف التي يتم توريدها ضد عيوب الصنع.
- ٤-١٨- يقدم المورد الشهادات المطلوبة حسب الصنف ومنها:
- شهادة المنشأ للبضاعة المستوردة
 - شهادة التحليل
- ٥-١٨- جميع تكلفة إعداد وتقديم العروض والتناقص على حساب المتناقص دون حقه في مطالبة مثل تلك التكلفة من شركة السكر في حالة عدم إسناد أي بنود إليه أو في حالة إلغاء المناقصة.
- ٦-١٨- لشركة السكر الحق في الإسناد الجزئي أو إلغاء المناقصة.
- ٧-١٨- إذا تأخر المورد في التوريد عن الموعد المتفق عليه فلشركة السكر الحق في توقيع غرامة تأخير عليه قدرها ١% عن كل أسبوع أو جزء من الأسبوع تأخير وبحد أقصى ٤% من قيمة البضاعة التي تأخر المورد في توريدها أو البضاعة المرفوضة وبعدها يتم إلغاء أمر التوريد ومصادرة التأمين النهائي والرجوع على المورد بأي أضرار لحقت بشركة السكر .
- ٨-١٨- لن يلتفت لأي عرض يرد بالعملة الأجنبية حيث أن المطلوب عرض بالجنه المصري خالص الرسوم والضرائب .
- ١٩- إيفاد مندوبكم المفوض لتقديم العرض وحضور جلسة فض المظاريف.
- نأمل استلام عرضكم المطابق للمواصفات بأفضل الأسعار في الميعاد دون تأخير

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام

قطاعات المشتريات

التوقيع

الإعداد بمعرفة: 

التوقيع

روجعت بمعرفة :


التوقيع

اعتمدت ، المدير العام :



كشف الطلبية العامة للأجهزة

م	Specification	الوحدة	الكمية	ملاحظات
1-a	Laboratory pH Meters :- Laboratory pH Meters Ideal for quality control and G.L.P - LCD graphics . - 3 Point calibration . - Auto buffer recognition . - Full interfacing capability. Range : - 2 to 16.00 PH 0 to $\pm$ 1999 mv - 10 to 105 °C Resolution : 0.01 PH/ 1 MV /0.1 °C Accuracy : $\pm$ 0.02 PH/ $\pm$ 1 MV/ $\pm$ 0.5 °C Calibration : User selectable 1 , 2 or 3 point Temperature sensor	Pcs	5	
1-b	Combined pH/Reference Electrodes - with 1 m fixed cable . - universal electrodes . - with a storage cap to protect the electrode keeping the item in top condition and instantly ready for use. - PH range : 0 - 14 - Temperature range : 0 to + 100 °C - Material : Glass - Electrolyte 3.5 M KCL - Connection BNC	Pcs	20	
2	Floating thermometer red alcohol with a stem 17 mm . in diameter, total length 250 mm graduated in 1°C.	Pcs	80	
2-a	Scale : 0 - 50 °C	Pcs	50	
2-b	„ : 0 -100 °C			
3	Density Hydrometer Density Hydrometer Scale Range 0.1 g/ml , scale Division 0.001 g/ml Adjusted at 20 °C , shot poised In plastic protection tube Without thermometer - length 280 mm Specific gravity range Division 0.001 0.001	Pcs	10	
3-a	(0.8 - 0.9)	Pcs	10	
3-b	(1.0 - 1.5)	Pcs	10	



كشف الطلبية العامة للأجهزة

م	Specification	الوحدة	الكمية	ملاحظات
4	Laboratory Spectrophotometer - Wave Length range : 320 – 1000 nm - Resolution : 1 nm - Wavelength accuracy : ± 2 nm - Wavelength repeatability : ± 1 nm - Dual Display or wavelength and Photometric result - Ease of use, Simple keypad layout and operating Protocols are designed to enable reliable operation by unfamiliar users. - A Wavelength Calibration routine is performed at Switch- on and at T Setting is Performed automatically during all Calibration routines. - Absorbance : From – 0.300 to 1.999 A with 0.001 A - Factor : 0 to 999.9 & from 1000 to 9999. - Transmittance : 0 to 199.9 % - With 0.1.% resolution . - Concentration : From – 300 to 9999 - With 0.1/1 resolution - Stray radiant energy : < 0.5 % T - Full interface Capability , RS232 to Computer and printer - An analog out put is provided for Connector to chart recorder supplied with two cell holder (10 mm & 50 mm) cell holder and 100 disposable cuvettes . - Working on 220 V	Pcs	5	
5-a	Ebulliometer:- Determination of alcohol in fermented mash constituents (Dujardin-Salleron type ebulliometer) Reservoir for 50 ml sample – condenser Thermometer range: 80 °C - 101 °C Subdivision : 0.1 °C Flame , Scale for degree of alcohol .	Pcs	3	
-b	Additional thermometers for above item Item Name : Precision Mercury/Liquid-in-Glass Thermometer for Ebulliometer Application : Measurement of boiling point depression for alcohol determination in fermented mash / liquids (Dujardin-Salleron type ebulliometer). Temperature Range: 80 °C to 101 °C Scale Division / Resolution: °C (High precision graduation) Accuracy: ± 0.1 °C Total Length: Approx. 350 mm (13.75 inches) Stem Outer Diameter: Compatible with standard ebulliometer perforated rubber stopper (Bung Size #1 / ~6-7 mm stem) Immersion: Partial immersion / chamber insert type Graduation Markings: High-contrast, acid- and solvent-resistant permanent enamel markings Calibration: Traceable factory calibration certificate included	Pcs	10	